

ESCLARECIMENTO

QUANTIDADE DE TIRAS REAGENTES: 1.200.000 PEÇAS

ANEXO I – PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS

Item	Quant	Unidade	Descrição
1	1.200.000	Peças	Tira reagente para determinação quantitativa de glicose no sangue capilar, confeccionada em plástico, com área reativa por fotometria ou amperometria, quantidade de sangue para leitura mínima de 1U, sem contato de sangue da tira com aparelho, com leitura em monitor portátil de calibragem fácil e rápida, com faixa mínima de medição de 20 a 600 mg/dl, capacidade mínima de memória para 270 testes fornecendo resultados precisos. As tiras deverão ser apresentadas em frascos de 50 ou 25 unidades, contendo dados de identificação, data de fabricação e validade. A licitante vencedora deverá apresentar documento comprobatório do registro do produto na ANVISA.

Observação:

A empresa vencedora deverá fornecer, um monitor por paciente cadastrado no programa municipal de diabetes (**inicialmente 1.500 aparelhos**) em regime de doação, o que não exclui o compromisso da empresa vencedora de fornecer tantos monitores quantos solicitados pela Unidade Contratante. Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento e deverão vir acompanhados de pilhas e/ou baterias bem como bolsa própria para o acondicionamento do aparelho e manual de instruções em português. A contratada deverá repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento, no prazo máximo de 15 dias após a reclamação.

OBS: Cada tira equivale a uma peça.