
RE: Pedido de esclarecimento_PE.70/2026_CR Monteiro Pinto

De Renato Queiroz Delagostini <renatoqdelagostini@orlandia.sp.gov.br>

Data Qui, 28/05/2026 08:16

Para Gustavo Gracioli <gustavo.gracioli@orlandia.sp.gov.br>; William Vanzolini de Oliveira <williamoliveira@orlandia.sp.gov.br>

Cc ORLANDIA - licitacao <licitacao@orlandia.sp.gov.br>

Bom dia

Em relação ao item 02:

A diferença entre um aparelho e outro, é a capacidade de detecção de perdas auditivas mais severas. Portanto, considerando o valor recebido pela emenda parlamentar, solicitamos manter o descritivo solicitado a fim de garantir um aparelho com especificação mais profissional, que identifique todos os tipos de perdas auditivas.

Em relação ao item 03:

Neste caso, entendo que poderá ser aceito a fonte de carregamento direto, se o modelo do gabinete do aparelho não for compatível com base de carregamento, pois não irá interferir no desempenho do aparelho.

Em relação ao item 04:

Sugiro manter o descritivo, pois as baterias de lítio são mais modernas, não viciam e fornecem uma autonomia maior, não comprometendo o uso prolongado pelo profissional em caso de mutirões de triagem auditiva ou outro programa a ser realizado pelo município.

att

Renato Q. Delagostini

Secretaria Municipal de Saúde

Rua 22, n 39 - Jardim Teixeira

Orlândia-S.P.

CEP: 14.620-334

Tel (16) 3820-8207 / 3820-8218

De: Gustavo Gracioli <gustavo.gracioli@orlandia.sp.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2026 16:20

Para: William Vanzolini de Oliveira <williamoliveira@orlandia.sp.gov.br>; Renato Queiroz Delagostini <renatoqdelagostini@orlandia.sp.gov.br>; Vanessa Cristina Coimbra <vanessaccoimbra@orlandia.sp.gov.br>

Cc: ORLANDIA - licitacao <licitacao@orlandia.sp.gov.br>

Assunto: Pedido de esclarecimento_PE.70/2026_CR Monteiro Pinto

Boa tarde,

segue pedido em anexo.

Atenciosamente,

Gustavo,
Departamento de Licitações.