
RE: Pedido de esclarecimento - PE.52/2026 - Recargas de cilindros de oxigênio

De Renato Queiroz Delagostini <renatoqdelagostini@orlandia.sp.gov.br>

Data Qua, 10/06/2026 09:22

Para Gustavo Gracioli <gustavo.gracioli@orlandia.sp.gov.br>; Vanessa Cristina Coimbra <vanessaccoimbra@orlandia.sp.gov.br>; William Vanzolini de Oliveira <williamoliveira@orlandia.sp.gov.br>

Cc ORLANDIA - licitacao <licitacao@orlandia.sp.gov.br>

Bom dia

Hoje temos uma média de 85 pacientes sendo atendidos com cilindros de oxigênio de 10 metros e 1 metro.

Serão substituídos por concentradores de oxigênio com 1 cilindro grande como backup.

Nas unidades de saúde e ambulância o volume é pequeno, não sabemos ao certo a média, porque é usado no caso de alguma urgência e como se trata de UBS, ou seja quase nunca.

att

Renato Q. Delagostini

Secretaria Municipal de Saúde

Rua 22, n 39 - Jardim Teixeira

Orlândia-S.P.

CEP: 14.620-334

Tel (16) 3820-8207 / 3820-8218

De: Gustavo Gracioli <gustavo.gracioli@orlandia.sp.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de junho de 2026 09:08

Para: Renato Queiroz Delagostini <renatoqdelagostini@orlandia.sp.gov.br>; Vanessa Cristina Coimbra <vanessaccoimbra@orlandia.sp.gov.br>; William Vanzolini de Oliveira <williamoliveira@orlandia.sp.gov.br>

Cc: ORLANDIA - licitacao <licitacao@orlandia.sp.gov.br>

Assunto: Pedido de esclarecimento - PE.52/2026 - Recargas de cilindros de oxigênio

Bom dia,

segue pedido de esclarecimento:

Prezados, peço esclarecer qual a média de volume destinado ao atendimento domiciliar e qual a das unidades de saúde?

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00331788006230

bralb-brcadalb@airliquide.com / (19) 3781-3001

Atenciosamente,

Gustavo,

Departamento de Licitações.